**Mobiilse potitooli kasutusjuhend**
**(potitool ratastel)**
Isikliku hügieeni abivahend
Tootenumber 21500 060

**Kasutusotstarve**
See mobiilne tool on mõeldud inimese kehafunktsioonide teenindamiseks ja siseruumides lühikeste vahemaade läbimiseks.

**Enne esmakordset kasutamist**
Enne potitooli kasutamist kontrollige, kas see on komplektne, ei ole vigastatud ning kas kõik kruvid on korralikult kinni.

**Kokkupanek**
- Pange peale tooli seisupidurid.
- Keerake lahti tooli põhjal olev reguleerimiskruvi. Asetage seljatugi koos küljeosadega torusse; seljatoe kaar peab pöörduma tahapoole. Keerake mõlemad kruvid kõvasti kinni. Kontrollige, kas käsivarretoed kinnituvad hoidikutesse.
- Jalatoe paigaldamise kohta vt alapunkti “Käsitsemine”.

**Iga kord enne kasutamist**
Kontrollige iga kord enne kasutamist, kas seljatugi on õigesti paigaldatud ja kruvid on korralikult kinni. Samuti kontrollige, kas seisupidur töötab ja rattad pöörlevad vabalt.

**Potitooli kasutamine**
Toolile istumisel ja sealt tõusmisel tuleb alati kasutada abistaja (õe) abi. Enne istumist ja tõusmist tuleb lukustada mõlemad pidurisilindrid. Võtke ära mõlemad jalatoed. Võtke ära istmekate ja tualetipoti kaas. Nüüd võite patsiendi toolile paigutada. Asetage jalatoed oma algsele kohale ja klappige lahti jalaplaadid. Nüüd saab patsient toetada jalad jalaplaatidele. Kui patsient on tualetiprotseduuri lõpetanud, kontrollige, kas pidurid on lukustatud, ning võtke ära mõlemad jalatoed. Nüüd võib patsient püsti tõusta. Kui soovite potti tühjendada, peate seda tahapoole kallutama. Poti väljavõtmise ajal ei tohi patsient toolil istuda, kuna sel juhul võib pott kinni kiiluda. Puhastage potti pärast tühjendamist (vt alapunkti “Hooldus”).

**Käsitsemine**
**Seisupidur / jalatugi / jalaplaadid**
- Vajutage jalaga mõlemale seisupidurile (abistaja). Piduri vallandamiseks pöörake hoob ette.
- Jalatoed on võimalik küljele kokku klappida või täielikult ära võtta. Jalatoe äravõtmiseks pöörake lukustushooba teise toe suunas, klappige jalatugi küljele kokku ja võtke ära, tõmmates seda ülespoole. Tagasipanekul tuleb lukustushoob kinni vajutada, et jalatuge fikseerida.
- Jalaplaadid klapitakse kokku ülespoole.

**Käsivarretoed**
Käsivarretugesid saab allapoole kokku klappida. Käsivarretugede kokkuklappimiseks tuleb tõmmata lukustusnupp välja seljatoe suunas ning vajutada käsivarretugi alla. Käsivarretugede kokkuklappimise ajal ei tohi keegi seista tooli taga, kuna esineb vigastusoht. Käsivarretoe tagasiviimisel endisesse asendisse peab kostma kuuldav klõpsatus.

**Kaas / iste / tualetipott**
- Musta kaant on lihtne üles tõsta. Selle allalaskmisel peavad ühendusdetailid haakuma valge istmega.
- Valget plaati saab üles tõsta, kui vajutada eesmisele ümarale servale. Istme allalaskmisel tuleb see kindlalt kinni suruda ja kontrollida, kas iste fikseerus.
- Tualetipoti võib tagantpoolt juhtsoontesse lükata nii avatud kui suletud kaanega.

! **Ohutusjuhised**
- Patsiendi kehakaal ei tohi ületada 100 kg.
- Kontrollige aeg-ajalt, kas kõik kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Abistaja (õde) peab kogu aeg kohal viibima.
- Kui patsient tooli istub ja sealt tõuseb, peavad jalatoed olema eemaldatud ja mõlemad pidurisilindrid peavad olema lukustatud.
- Kui patsient istub tooli või tõuseb sealt tualetipoti eemaldamise ajal, võivad tema kehaosad või riided detailide vahele jääda.
- Käsivarretugede kokkuklappimise ajal võivad patsiendi kehaosad või riided nende vahele jääda.
- Käsivarretugede kokkuklappimise ajal ei tohi keegi seista tooli taga, kuna esineb vigastusoht.
- Sel ajal, kui patsient istub tooli või tõuseb sealt, ei tohi vajutada jalaplaatidele.
- Potitooli tohib kasutada ainult tasasel pinnal; ebatasasel pinnal, treppidel või kaldpõrandal kasutamise korral esineb vigastusoht.
- Tooli kaldumise vältimiseks tuleb sellesse istuda nii sügavalt kui võimalik.
- Vältida toolist väljapoole kummardamist (ette või küljele), kuna see tekitab kaldumisohu.
- Mitte pidurdada potitooli jalaga; see võib põhjustada luumurru.

**Hooldus**
Potitool ei vaja mingit erilist hooldust.
Enne tooli kasutamist kontrollige, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.

**Puhastamine**
Tooli istme ja seljatoe polstrit võib pesta puhta vee või nõrgatoimelise pesuvahendiga. Istet ja tualetipotti võib puhastada plastikmaterjalide puhastamiseks sobiva puhastusvahendiga. Valge iste ja tualetipott tuleb pärast iga kasutust desinfitseerida.
**Desinfitseerimine:** tooli desinfitseerimiseks tuleb kasutada tavalisi desinfitseerimisvahendeid, mis sobivad plastikmaterjalidele.
**Oluline märkus:** järgige desinfitseerimisvahendite kasutamisel nende tootja juhiseid.

**Tehnilised andmed**

| | |
|---|---|
| Kogulaius ligikaudu | 56 cm |
| Kogusügavus ligikaudu | 55 cm |
| Kogukõrgus ligikaudu | 95 cm |
| Kaal ligikaudu | 13,8 kg |

**Garantii:** vastavalt seaduses ettenähtud garantiitingimustele. Garantii alla ei kuulu järgmised asjaolud: ebaõigest kasutamisest ja tavapärasest kulumisest tingitud kahju ning vead, mis ei mõjuta oluliselt tooli kasutatavust.

Toolil tohib muudatusi teha ainult väljaõppinud spetsialist, kes kasutab originaalvaruosi.

Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi parendusi.